

[Procesos](#) | [Contratos](#) | [Proveedores](#) | [Mis procesos](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Gestión de mensajes**[Volver](#)**Todos**[Nuevo](#)[En edición](#)[Seleccione](#)

Buscar mensajes

[\(Búsqueda avanzada\)](#)

Todos los mensajes

	Desde	Tipo	Referencia	Asunto	Archivos	Fecha	Estado	
☆	UT BIOMÉDICA DEL META	General	CO1.MSG.5311624	OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN		12 minutos de tiempo transcurrido (19/09/2023 5:23:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle
☆	UT BIOMÉDICA DEL META	General	CO1.MSG.5293698	REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN		4 días de tiempo transcurrido (14/09/2023 10:53:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle
☆	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	General	CO1.MSG.5289297	OFICIO SUBSANACION MENOR 006 DE 2023		5 días de tiempo transcurrido (14/09/2023 11:23:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Enviado	Detalle
☆	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	General	CO1.MSG.5267312	RESPUESTA OBSERVACIONES		10 días de tiempo transcurrido (8/09/2023 6:13:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Enviado	Detalle
☆	orthopedics store	General	CO1.MSG.5254675	Observaciones al proyecto de condiciones		13 días de tiempo transcurrido (6/09/2023 5:14:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle
☆	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	General	CO1.MSG.5253342	observaciones ultra schall		13 días de tiempo transcurrido (6/09/2023 3:13:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle

[Ver menos](#)[Cambiar el estilo de paginación](#)

OPCIONES

[Borrar](#)

FILTRAR MENSAJES

[Todos](#)
[Nuevos](#)
[Borradores](#)
[Enviado](#)
[Leídos](#)
[Favoritos](#)

HERRAMIENTAS

Herramientas no está disponible.

Procesos

Contratos

Proveedores

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de los procesos → Expediente → Detalles del mensaje

Volver

Contestar

Contestar a todos

Imprimir

Detalles de mensaje

Referencia interna: CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA 006 DE 2023

Descripción del proceso DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR - LIMONAR

De: UT BIOMÉDICA DEL META

Usuario: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S

Fecha: 10 minutos de tiempo transcurrido (19/09/2023 5:23:17 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Referencia del mensaje CO1.MSG.5311624

Tipo de mensaje: General

Asunto: OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN

Anexos	Documento	Nombre del documento	Detalle
	OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN.pdf	OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN.pdf	
	Agregar documento a la oferta Exportar todos		

Texto de mensaje

[Volver](#)[Descargar documento](#)[Cerrar](#)

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 154C8DD7764C0E3FEDA54CBDC40EEB9B43FD7E4FA731829214B0AE4177B09F78

Ubicación Archivo

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN.pdf

Nombre OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN.pdf

Tamaño 63990

Estado No encriptado

Creado por INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S

Fecha de creación 11 minutos de tiempo transcurrido (19/09/2023 5:22:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Tipo	Descripción
Mensaje	eec9ac36-fc9c-44e9-b4e5-58aeabaac25a

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

☒ Sí ☐ No

[Volver](#)[Descargar documento](#)[Cerrar](#)

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2023

Señores

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

control_ciudadano@contraloria.gov.co

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL

quejas@procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN TOLIMA

CONSTANZA VARGAS SANMIGUEL

regional.tolima@procuraduria.gov.co

PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

anticorrupcion@personeriaibague.gov.co

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA

soytransparente@minsalud.gov.co

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Secretaría de Transparencia

denunciacorrupcion@presidencia.gov.co

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA

pqr@saludtolima.gov.co

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN EN EJERCICIO DEL DERECHO DE REPLICA Y DEFENSA DE NUESTRA PROPUESTA

REF. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 006 DE 2023

OBJETO: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR - LIMONAR

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

WILSON EMILIO HERRERA GONZÁLEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL BIOMÉDICA DEL META**, por medio de la presente me permito presentar observaciones frente al informe de evaluación emitido por la entidad el día 18 de SEPTIEMBRE de 2023 y, a su vez ejercer el derecho de réplica que nos asiste como

proponentes en virtud del principio y derecho constitucional a la defensa y debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.


En la misma medida, solicito respetuosamente a los entes de control copiados en la presente comunicación, que se de acompañamiento contractual, se revisen las actuaciones administrativas desplegadas por los servidores públicos de la E.S.E., se emita concepto para determinar su legalidad y eventualmente se inicien las investigaciones sancionatorias y/o disciplinarias y/o penales o las que haya lugar en contra de las personas integrantes del Comité Evaluador de acuerdo con sus atribuciones, alcances y competencias otorgadas por el legislador en materia de contratación pública.

OBERVACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE TRAUMASUR

1. Revisadas cada una de las fichas técnicas o catálogos se evidencia el incumplimiento de especificaciones técnicas, las cuales son omitidas por la entidad para favorecer a la entidad TRAUMASUR.
2. Los Registros Sanitarios Invima deben estar vigentes al momento de la presentación de la propuesta, pues aunque estos estén en proceso de Renovación, no se desestima que pueda ser negada su renovación por la entidad competente.
3. El proponente no anexa cartas de distribución por las compañías Representantes en Colombia de los equipos ofertados, requisito técnico requerido en el proceso, y que no se está cumpliendo; favoreciendo la entidad al proponente TRAUMASUR.

Se solicitada a la entidad dar cabalidad al principio de Transparencia y deshabilitar técnicamente al proponente TRAUMASUR por el incumplimiento de requisitos técnicos.

Atentamente,



WILSON EMILIO HERRERA GONZÁLEZ

C.C. 80.495.857 de Funza

Representante Legal

Unión Temporal Biomédica del Meta