



Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	-----------	-------------	--------------	------	------

 Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Gestión de mensajes**

Buscar mensajes

Todos los mensajes

	Desde	Tipo	Referencia	Asunto	Archivos	Fecha	Estado	
☆	TRAUMASUR	General	CO1.MSG.5345251	Observaciones a evaluación técnica del proceso de mayor cuantía 009 de 2023		23 horas de tiempo transcurrido (27/09/2023 9:46:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	TRAUMASUR	General	CO1.MSG.5330815	RE: REQUERIMIENTO SUBSANACION		4 días de tiempo transcurrido (23/09/2023 9:42:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	General	CO1.MSG.5326438	REQUERIMIENTO SUBSANACION		5 días de tiempo transcurrido (22/09/2023 10:21:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Enviado	Detalle
☆	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	General	CO1.MSG.5322415	ADENDA 002		6 días de tiempo transcurrido (21/09/2023 2:55:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Enviado	Detalle
☆	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	General	CO1.MSG.5316016	ADENDA 001		7 días de tiempo transcurrido (20/09/2023 2:38:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Enviado	Detalle
☆	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	General	CO1.MSG.5280221	RESPUESTA OBSERVACIONES		15 días de tiempo transcurrido (12/09/2023 6:03:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Enviado	Detalle
☆	J&J MEDTECH	General	CO1.MSG.5275252	Johnson & Johnson Medtech Colombia.		16 días de tiempo transcurrido (12/09/2023 8:35:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	QUIRURGIL S.A.S.	General	CO1.MSG.5269194	OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO		16 días de tiempo transcurrido (11/09/2023 9:03:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	orthopedics store	General	CO1.MSG.5267786	Observaciones al proyecto de condiciones		19 días de tiempo transcurrido (8/09/2023 9:39:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	AJOVECO S.A.S.	General	CO1.MSG.5267014	OBSERVACIONES CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA 009 DE 2023		19 días de tiempo transcurrido (8/09/2023 5:34:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	ET SERVICES SAS	General	CO1.MSG.5267046	OBSERVACIONES AL PROCESO		19 días de tiempo transcurrido (8/09/2023 5:32:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	QUIRURGIL S.A.S.	General	CO1.MSG.5266700	OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 007 DE 2023		19 días de tiempo transcurrido (8/09/2023 4:59:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	SURGIPLAST LTDA	General	CO1.MSG.5265284	OBSERVACIONES SURGIPLAST AL PROYECTO DE PLIEGO 009-2023		19 días de tiempo transcurrido (8/09/2023 2:44:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle
☆	Impulmedicos S.A.S	General	CO1.MSG.5265235	OBSERVACIONES AL PROCESO - IMPULMEDICOS SAS		19 días de tiempo transcurrido (8/09/2023 2:40:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Leídas	Detalle

[Ver menos](#)
[Cambiar el estilo de paginación](#)

OPCIONES

Borrar

FILTRAR MENSAJES

Todos
Nuevos
Borradores
Enviado

HERRAMIENTAS

Herramientas no está disponible.

[Procesos](#) | [Contratos](#) | [Proveedores](#) | [Mis procesos](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)

Escritorio → Gestión de mensajes → Gestión de mensajes → **Detalles del mensaje**

Detalles de mensaje

Referencia interna: CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA 009 DE 2023
Descripción del proceso: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA SEDE LIMONAR
De: TRAUMASUR
Usuario: luis fernando polania mejia
Fecha: 23 horas de tiempo transcurrido (27/09/2023 9:46:14 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito
Referencia del mensaje: CO1.MSG.5345251
Tipo de mensaje: General
Asunto: Observaciones a evaluación técnica del proceso de mayor cuantía 009 de 2023

Anexos	Documento	Nombre del documento	Detalle
	observacion al informe de evaluacion tecnica.pdf	observacion al informe de evaluacion tecnica.pdf	
	Agregar documento a la oferta Exportar todos		

Texto de mensaje

Reciban un cordial saludo

En respuesta a las evaluaciones publicadas por la entidad el pasado 26 de septiembre, nos permitimos allegar el presente oficio con las observaciones a la evaluación técnica.

Quedamos atentos a sus comentarios.

[Volver](#)[Descargar documento](#)[Cerrar](#)

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento DF8A22F1FE88CD24C30D149F2D673D553D22DA39FE369AE38BA5B8410F0F4B2D

Ubicación Archivo

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción observacion al informe de evaluacion tecnica.pdf

Nombre observacion al informe de evaluacion tecnica.pdf

Tamaño 791393

Estado No encriptado

Creado por luis fernando polania mejia

Fecha de creación 23 horas de tiempo transcurrido (27/09/2023 9:46:04 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Tipo	Descripción
Mensaje	e5a3e623-9fa1-4626-affe-4ca65062294b

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

Sí No

[Volver](#)[Descargar documento](#)[Cerrar](#)

Ibagué. 27 de septiembre de 2023

Señores

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E

Ibagué

Referencia: Observaciones a la evaluación técnica del Proceso de Contratación – convocatoria pública de mayor cuantía N° 009 de 2023 Estimados señores:

De acuerdo al informe de evaluación técnica publicado por la entidad estatal el día 26 de septiembre a través de plataforma SECOP II, y en calidad de oferente al proceso en referencia; nos permitimos allegar la siguiente observación a dicha evaluación.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la sentencia 2007-00593 de agosto 3 de 2020, en donde el concejo de estado – Sala de lo contencioso administrativo – sección tercera – subsección B. en la cual se expresa lo siguiente: “... 34. Sobre la obligatoriedad de cumplir con los requisitos habilitantes al momento de presentación de la oferta y la posibilidad de subsanar la prueba de su cumplimiento se destacan las consideraciones hechas en la Sentencia de 12 de noviembre de 2014(15):

“[H]ay que diferenciar entre lo que significa cumplir los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los mismos se cumplen: lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito como tal, porque resultaría materialmente imposible tratar de subsanar algo que no existe.

“Lo anterior supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993...”

De tal forma, lo que se pretende con el presente oficio es ratificar y ACLARAR a la entidad que el equipo ofertado cumple con las condiciones técnicas; ya que revisando cada uno de los criterios técnicos del elemento Fibrobroncoscopio para intubación difícil adulto y pediátrico evaluado por la entidad, y con el ánimo de aclarar a la entidad contratante; elevamos la consulta sobre el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del elemento en mención a nuestro proveedor Biotronitech Colombia s.a.s, distribuidor exclusivo para Colombia de la marca KARL STORZ SE & Co. KG. Esto teniendo en cuenta que el equipo ofertado corresponde al modelo 1100XB Ref. 11002BDK1 de la misma marca.

Osteosíntesis, línea blanda, movilidad, diagnóstico.

IBAGUÉ
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
Tels: (608) 265 9919
264 5744
☎ **322 365 1781**

IBAGUÉ
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
Tel: (608) 272 2588
☎ **323 438 0013**

NEIVA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
Tels: (608) 864 1198
☎ **310 768 5957**
310 560 3204

PITALITO
Carrera 2 No. 2 Sur 40
Tels: (608) 836 9645
☎ **310 768 5961**

PEREIRA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
Tels: (606) 346 7042
☎ **312 332 6129**

Ante la consulta efectuada a nuestro proveedor, nos permitimos adjuntar en el presente oficio la respuesta recibida que ratifica el cabal cumplimiento de las características técnicas solicitados por la entidad estatal.

ACLARACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BRONCO-FIBROSCOPIO PEDIÁTRICO


Licitaciones Traumasur <licitaciones@traumasur.com>
 para lula.torres

26 sept 2023, 16:07 (hace 16 horas) ☆ ↩ !

Señores Biotronitech
 Cordial saludo,

Comedidamente solicitamos aclaración de las especificaciones técnicas del broncofibroscopio Marca: KARL STORZ, Modelo: 1100XB y de Referencia: 110028DK1, teniendo en cuenta que este equipo fue presentado a la invitación pública de mayor cuantía N° 009 de 2023 del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E de Ibagué - Tolima, y de cual el comité evaluador determinó como NO CUMPLE. Las siguientes son las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CANT
10	FIBROBRONCOSCOPIO PARA INTUBACION DE ADULTO Y PEDIATRICO	Fibrobroncoscopio flexible de intubación adulto Fibrobroncoscopio	1
		Longitud: mínimo 80 cm a 2cm Punta distal 5.5 mm a 2cm como máximo Acortamiento: 180° /150° Ángulo visual: 90° o mayor Longitud: mínimo 80 cm a 2cm	

35

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
 CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 009 DE 2023



flexible de intubación pediátrica	Punta distal: 3.7 mm a 2mm como máximo Acortamiento: arriba /abajo 140° /140° Ángulo visual: 90° o mayor
-----------------------------------	--

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos comedidamente nos aclaren las especificaciones técnicas del Fibrobroncoscopio flexible de intubación pediátrica, pues de acuerdo a la ficha técnica suministrada por ustedes el equipo debería cumplir.

De antemano, agradecemos se aclaren y se validen las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones, esto con la intención de presentar una observación a la evaluación realizada.

Quedo atento a su pronta respuesta.
 Me suscribo,

Osteosíntesis, línea blanda, movilidad, diagnóstico.


IBAGUÉ
 Calle 60 No. 6A-25
 B. Limonar
 Tels: (608) 265 9919
 264 5744
 ☎ 322 365 1781

IBAGUÉ
 Calle 33 No. 4A-49
 B. La Francia
 Tel: (608) 272 2588
 ☎ 323 438 0013

NEIVA
 Calle 11 No. 7-39 Centro,
 Edif. Fenalco, local 110
 Tels: (608) 864 1198
 ☎ 310 768 5957
 310 560 3204

PITALITO
 Carrera 2 No. 2 Sur 40
 Tels: (608) 836 9645
 ☎ 310 768 5961

PEREIRA
 Calle 24 No. 5-46
 B. Lago Uribe
 Tels: (606) 346 7042
 ☎ 312 332 6129



Licitaciones Traumasur
<licitaciones@traumasur.com>


**Re: ACLARACIÓN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS BRONCO-FIBROSCOPIO PEDIÁTRICO**

Luis Carlos Torres <luis.torres@biotronitech.com.co>
Para: Licitaciones Traumasur <licitaciones@traumasur.com>
Cc: Carolina Acosta <carolina.acosta@biotronitech.com.co>

26 de septiembre de 2023, 19:14

Respetado Ingeniero,

Reciba un cordial saludo. Una vez revisada y validadas las especificaciones técnicas de longitud, punta distal y ángulo visual corresponden a las solicitada, el acodamiento solicitado por la E.S.E de 140°/140° arriba y abajo, y la ficha técnica aportada por nosotros es de 180°/100°, lo cual es equivalente, pues si se realiza rotación al mango se tendría una visual que aumenta la capacidad exploratoria para los especialistas comparada con la limitación de 140°/140°.



Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Luis Carlos Torres
Especialista Técnico
Regional Centro

luis.torres@biotronitech.com.co
www.biotronitech.com.co

+ (57) 317 6350958
PBX + (57) (601) 6583100

Calle 123 # 7-50
Bogotá D.C., Colombia | Regional Centro



Mantener una promesa es una gran manera de construir una marca. 20 años ofreciendo de la mano con **KARL STORZ** soluciones de cirugía mínimamente invasiva en Colombia.



Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, le informamos que BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://biotronitech.com.co/politica-privacidad/>

De: Licitaciones Traumasur <licitaciones@traumasur.com>
Enviado: martes, 26 de septiembre de 2023 16:07
Para: Luis Carlos Torres <luis.torres@biotronitech.com.co>
Asunto: ACLARACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BRONCO-FIBROSCOPIO PEDIÁTRICO

Por lo anteriormente expuesto, se le solicita a la entidad que proceda a habilitar técnicamente el equipo ofertado Marca KARL STORZ SE & Co. KG. - modelo 1100XB Ref. 11002BDK1 y por ende nuestra oferta ya que cumple técnicamente con todos los requisitos y características solicitadas por la entidad en los pliegos de condiciones del proceso en referencia.

Osteosíntesis, línea blanda, movilidad, diagnóstico.

IBAGUÉ
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
Tels: (608) 265 9919
264 5744
 322 365 1781

IBAGUÉ
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
Tel: (608) 272 2588
 323 438 0013

NEIVA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
Tels: (608) 864 1198
 310 768 5957
 310 560 3204

PITALITO
Carrera 2 No. 2 Sur 40
Tels: (608) 836 9645
 310 768 5961

PEREIRA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
Tels: (606) 346 7042
 312 332 6129



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

30 años

Nit: 900.576.732-1 www.traumasur.com

Atentamente,

Felipe Andrés Polania Mejía
c.c. 1.110.518.232 de Ibagué
Representante Legal
TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S
Nit 900.576.732-1



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

30 años

Osteosíntesis, línea blanda, movilidad, diagnóstico.

IBAGUÉ
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
Tels: (608) 265 9919
264 5744
 322 365 1781

IBAGUÉ
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
Tel: (608) 272 2588
 323 438 0013

NEIVA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
Tels: (608) 864 1198
 310 768 5957
 310 560 3204

PITALITO
Carrera 2 No. 2 Sur 40
Tels: (608) 836 9645
 310 768 5961

PEREIRA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
Tels: (606) 346 7042
 312 332 6129